

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Név: **Vaszary Kolos Kórház, Esztergom**
 Székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.
 Adószám: 15388117-2-11
 Bankszámlaszám: 10036004 00317928 30005008
 Számlavezető pénzügyintézet:
 Aláírással jogosult képviselője: Fenyves Ernő mb. főigazgató
 Ellenjegyzésre jogosult: Lugosi Krisztina mb. gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről:

Név: **Mediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Kft**
 Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 267.
 Levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 267.
 Adószám: 10321056-2-41
 Cégjegyzékszám: 01-09-065255
 Bankszámlaszám: 14220108-42910002
 Számlavezető pénzügyintézet: Commerzbank
 Aláírással jogosult képviselője: Lőrincz Zoltán, ügyvezető igazgató

mint szállító (a továbbiakban: Szállító, együttesen, mint Szerződő felek),

között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:

Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az ajánlattételi felhívást 2012. március 27. napján közvetlenül küldött a „**Vaszary Kolos Kórház, Esztergom részére SO2 pályázat (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025) keretében orvos-szakmai gépek, orvos-technológiai eszközök, berendezések beszerzése szállítási szerződés keretében**” tárgyában. (A Felolvasólap jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.)
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. május 03. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás V. részének nyertese a Szállító. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Szállító ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek feltételei szerint.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközbeszerzés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek elvégzését a Megrendelő részben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Programja keretében „Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” címmel, TIOP- 2.2.2-08/2 2009-0025 kódszámon megjelent pályázati kiíráson elnyert támogatásból finanszírozza, a Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) között 2010. május 13-án „Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című, TIOP- 2.2.2-08/2 2009-0025 azonosító számú projekt megvalósítására kötött támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) alapján.

hp

1

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Szállító teljesítésre a Támogatási Szerződésben, a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában foglaltakra figyelemmel köteles. Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés 1 db másolati példányát Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Szállító rendelkezésére bocsátja.

I. A szerződés tárgya

1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig vállalja a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja II. részére vonatkozó műszaki leírásában tételesen felsorolt paramétereknek megfelelő orvos-szakmai gépeket, orvos-technológiai eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: eszközök) – jelen szerződés II.2. pontjában meghatározott időpontig, II.1. pontban rögzített teljesítési helyre történő – leszállítását, az eszközök telepítését, üzembe helyezését, próbaüzemét, valamint használatának betanítását, amelynek ellenében Megrendelő a III.1. pontban rögzített vételárat fizet a Szállítónak.
2. Szállító kijelenti, hogy az általa jelen szerződés alapján szállított eszközök minden tekintetben megfelelnek a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és az ajánlati dokumentációban Megrendelő által meghatározott követelményeknek, valamint az általa benyújtott ajánlatban foglaltaknak, illetve a vonatkozó és hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és műszaki előírásoknak.
3. Felek rögzítik továbbá, hogy a Szállító az eszközök telepítésének helyére vonatkozó körülmények – ide nem értve a szerződéskötés időpontja szerinti állapot tükrében előre nem látható, szerződéskötést követően felmerült körülményeket – ismeretének hiányára visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

II. Teljesítés helye, ideje és módja

1. A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
2. Szállító a szerződéskötéstől számított 45 napon belül köteles az eszközök 1. pontban megjelölt teljesítési helyre történő leszállítására, azok telepítésére, üzembe helyezésére, majd további 5 napon át próbaüzemeltetésére. Az eszközök telepítési ideje legfeljebb 10 munkanap, melynek letelte után a próbaüzemet meg kell kezdeni. Az 5 napos önálló – Szállító által szállított eszközökre vonatkozó – próbaüzemen felül a próbaüzem időtartamának ki kell terjednie az informatikai hálózat, valamint az orvos-technológiai eszközök üzembe helyezésének együttes próbaüzemére is. Az együttes próbaüzem időpontját a Szállító a Megrendelő közreműködésével köteles egyeztetni az egyéb, informatikai eszközök szállítóival.

A Szállító köteles a Megrendelőt a szállítás és a szerelési munkák időpontjáról a tényleges teljesítést legalább 1 munkanappal megelőzően értesíteni.

Amennyiben a teljesítés során a Szállító oldalán olyan körülmény áll elő, amely a határidőben történő teljesítést akadályozza, a Szállító erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti, megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát.

A Szállító az általa szállítandó eszközöket egy ütemben szállítja le, a telepítés és üzembe helyezés időtartama nem haladhatja meg a fentebb jelzett 10 munkanapot.

3. Az átadás-átvétel próbaüzemmel történik. A próbaüzem előtt meg kell győződni arról, hogy az eszközök a próbaüzemre alkalmasak-e. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a próbaüzem során tapasztalt hibákat, hiányokat és a kijavításukra, pótlásukra megállapított határidőket a felek jegyzőkönyvbe foglalják.

Felek az eszközök átadásával, illetve átvételével megbízott személyt a másik fél e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekintik, aki az eszközök átadásán, illetve átvételén túl az átadás-

átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására is jogosult. Az eszközök átadásával, illetve átvételével megbízott személy adatairól a felek kötelesek egymást írásban, a próbaüzemet megelőzően értesíteni.

Szállító köteles a próbaüzem során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban és a saját költségén – kiküszöbölni. Amennyiben a Szállító ennek ésszerű időn belül nem tesz eleget, a Megrendelőnek jogában áll a hibákat kijavíttatni, amely esetben ebből eredő költségeit a Szállító megtéríteni köteles, illetve azokat a Megrendelő a Szállító részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésébe beszámíthatja, illetve jogosult szerződésszegésből származó igényei érvényesítésére is.

4. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha a próbaüzem során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapítottak meg, amelyek a rendeltetésszerű állandó és előírt üzemeltetést nem akadályozzák, és egyébként az eszközök a szerződésben kikötött feltételeknek megfelelnek.
5. A kárveszély átszállásának időpontja a mennyiségi átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával, a termék hivatalos átvétele a minőségi és funkcionális átvétellel (aminek feltétele az 5 napos sikeres próbaüzemet lezáró jegyzőkönyv), míg a termék tulajdonjogának átszállása a teljes vételár kiegyenlítésével történik.
6. Szállító köteles a Megrendelő által kijelölt személy(ek)et az eszközök használatára vonatkozóan betanítani.

III. Szerződéses ár, fizetési feltételek

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén nettó 21 874 826 + 27% ÁFA, azaz huszonegymillió nyolcszázhetvennégyezer nyolcszázhuszonhat forint + huszonhét % ÁFA, összesen bruttó 27 781 029,- Ft, azaz bruttó huszonhétmillió hétszáznyolcvanegyezer huszonkilenc forint illeti meg. A Szállító egyösszegben nyújtja be a számláját a Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdése szerinti határidővel. Jelen szerződés keretében részteljesítés és résszámlázás nem biztosított.

A Szállító teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Szállító a jelen szerződésben meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben vagy a Megrendelő által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően teljesíti.

2. Az 1. pontban rögzített vételár tartalmazza az eszközök leszállításával, szerelésével, üzembe helyezésével kapcsolatos összes költséget, amelyen felül a Szállító egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.
3. Szállító jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, a Megrendelő jelen szerződésből eredő követeléseivel szemben beszámításra nem jogosult.
4. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítés igazolására az eszközök leszállítását, beépítését és üzembe helyezését, a szükséges dokumentumok (pl. jótállási jegy, használati utasítás, eredetiséget bizonyító tanúsítvány stb.) átadását követően kerül sor.
5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szállító szerződésszerű teljesítésétől számított 15 napon belül teljesítési igazolás útján nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, illetve szükség esetén közli kifogásait a Szállítóval. A Megrendelő képviselőjében a teljesítési igazolás kiállítására Fenyves Ernő, mb. főigazgató jogosult. A teljesítési igazolást, annak kiállítását követően Megrendelő haladéktalanul köteles a Szállító részére megküldeni. A teljesítés igazolás kiállítása előtt Megrendelő meggyőződik a szállított termékek működéséről, az azok orvos-szakmai paramétereinek teljesítéséről, ahogy azokat az egyes készülékekre vonatkozó szakmai kérdőívek tartalmazzák, melyek jelen szerződés 2 sz. mellékletét képezik.
6. Szállító a teljesítési igazolás kézhezvételét követően jogosult számlájának kiállítására, amelyet a Megrendelő részére haladéktalanul megküld. A Szállító számláján szereplő összeget Megrendelő – ha a III.5. pont szerinti teljesítési igazolás kifogást nem támaszt és szem előtt

Wp

SW

tartva a III.4. pontban foglaltakat – a Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdése szerinti határidőn belül utalja át a Szállító fejlécében megjelölt bankszámlájának javára. Ha az ellenérték vagy annak egy része a támogatási szerződés szerinti projekt keretében a támogatási szerződés szerinti támogatás terhére elszámolható, azt – szállítói finanszírozás esetén – részben Megrendelő, részben a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki a Szállító részére, a Támogatási Szerződés szerinti elszámolható költség terhére a Támogatási Szerződés 7. mellékletében foglalt, valamint a Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdése szerinti szállítói finanszírozásra irányadó szabályok szerint.

7. A számlán fel kell tüntetni a szerződés iktatási számát, a szerződés tárgyát (Vaszary Kolos Kórház, Esztergom – orvos-szakmai gépek, orvos-technológiai eszközök, berendezések beszerzése) és a Szállító jelen szerződés fejlécében meghatározott adatait, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.
8. Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel jár el a 200.000 Ft – azaz kétszázézer forint – feletti kifizetések tekintetében.
9. A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén (5. pont) és a 6. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően Szállító beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulása (felhatalmazó nyilatkozat) jelen szerződés 3 mellékletét képezi.

IV. Alvállalkozás

1. A teljesítésben tíz %-ot meghaladó mértékben kizárólag a Szállító ajánlatában megjelölt alábbi alvállalkozó(k), az ajánlatban meghatározottak szerint működhet(nek) közre: Szállító kijelenti, hogy a szerződés teljesítésében tíz %-ot meghaladó mértékben alvállalkozó nem működik közre.
2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt alvállalkozó nem vehet igénybe a saját teljesítése tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet.
3. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az 1. pontban megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.
4. Egyebekben a teljesítésben – tíz %-ot meg nem haladó mértékben – alvállalkozók a Szállító ajánlata szerint működhetnek közre. [Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pont]
5. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek.
6. A Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

V. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

1. Amennyiben Szállító – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a nettó ajánlati ár 2 %/nap.

2. Amennyiben a Szállító teljesítése nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek, illetve a teljesítés során a Megrendelő által megfogalmazott igényeknek, úgy Megrendelő a hiba kiküszöbölésére határidőt tűz ki, és a hiba kiküszöböléséig hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a III.1. pontban meghatározott, hibával érintett eszköz(ök) nettó szerződéses ár, mértéke alkalmanként a nettó szerződéses ár 2 %-a. Amennyiben kitűzött határidőig a Szállító a hibát nem küszöböli ki, úgy Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 306. §-a alapján jár el.
3. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes vételárba beszámítani.
4. A szerződésben előírt teljesítési határidőhöz képest harminc munkanapon túli, a Szállítónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, amely esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a III.1. pontban meghatározott nettó szerződéses ár, mértéke: a nettó szerződéses ár 20 %-a.
5. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Ptk. 246. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
6. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Szállítóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
7. Szállítót 24 hónapos [ajánlat szerint], jótállási (garanciális) kötelezettség terheli.

A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Szállító köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).

A jótállási idő lejártá előtti 30 nappal a felek vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt.

VI. A szerződés megszüntetése

1. A Szállító kötelezettségeinek – felróható – nem szerződészerű, vagy nem teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja (elállás), és követelheti a neki okozott kár megtérítését.

Megrendelő a fentiek szerint a szerződéstől való elállásra jogosult az esetben is, ha

- a) a Szállító ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Szállító végelszámolását határozza el, vagy egyéb olyan körülmény merül fel a Szállító érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja.
 - b) a Szállító átalakul vagy tulajdonosai összetételében, vagyonaiban olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyezteti.
2. A Szállító jogosult a szerződéstől – előzetes írásbeli értesítést, a teljesítésre történő felszólítást – követően elállni, ha a Megrendelő a Szállító jelen szerződés rendelkezéseinek betartásával kiállított, jogosan igényelt összegről szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőt 60 napot meghaladó késedelembe esik.
 3. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

VII. Együttműködési kötelezettség a teljesítés alatt

1. A Szállító tudomásul veszi, hogy jelen beszerzés keretében beszerzésre kerülő eszközök és elvégzendő feladatok egy komplex beruházás részei, ezért a Megrendelő alapvető érdeke az egyes projektelemegek (informatika, orvos-technológia, orvosi eszközök, építés) koherenciája, a működőképesség határidőre történő rendszerszintű biztosítása és biztonsága. A Szállító ezért kötelezi magát az egyéb, informatikai eszközök szállítóival (történő együttműködésre).
2. Szállító köteles figyelembe venni a kivitelezés során az eszközök telepítéséhez szükséges építési kivitelezési tervdokumentációt, amelyre figyelemmel adott eszköz esetében konzultációt folytat le az építési munkák kivitelezőjével. Szállító köteles a dokumentációban foglalt „Elvárás a beépítést igénylő orvosi műszerek tekintetében” dokumentumot figyelembe venni.
3. Szállító köteles továbbá együttműködni az egyéb, tárgyhoz kapcsolódó, ugyancsak eszközbeszerzésre irányuló, Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárások nyertes Szállítóival; a vonatkozó adatokról (nyertes Szállítók kapcsolattartói megnevezése és elérhetősége) és egyéb körülményekről Megrendelő a Szállítót a szükséges együttműködés által megkívánt ésszerű időben tájékoztatja.

VIII. Titoktartás

1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Szállító a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint – a Ptk. 320. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel – attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. A felmondás, illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.
3. Szállító vállalja, hogy a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Szállító jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
4. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyontát érintő szerződések tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.
5. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő – a Kbt. vonatkozó szakasza alapján – a szerződés nyilvánosnak minősülő részét a szerződés létrejöttét követően haladéktalanul, míg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül honlapján közzéteszi.

IX. Kapcsolattartás

1. A felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

Megrendelő képviselője

Pallangi Jenő kórház-üzemeltetési osztályvezető

tel: +36 (33) 542-382

fax: +36 (33) 542-318

mobil: +36 (30) 9845-537

e-mail: vkk.pallangi@invitel.hu

Szállító képviselője

Lőrincz Zoltán ügyvezető igazgató

tel: + 36 1 453 0615

mobil: + 36

fax: + 36 1 453 0616

e-mail: info@mediszer.hu

2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
5. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.

X. Jogviták

1. A felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértői véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik.

XI. Egyéb rendelkezések

1. A szerződés teljesítése érdekében a felek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni.
2. Szállító itt nyilatkozik, mely szerint a Szállító által teljesítendő szolgáltatások és termékek, illetve azok bármely részének Megrendelő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá a Szállító kifejezett és visszavonhatatlanul nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy a

ly

Megrendelővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben a Megrendelő helyét helyt áll.

- Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.
- Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 303. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.
- Szállító vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő szerződésben.
- A szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződés szerű teljesítésével – a II.2. és a III.6. pontokban foglaltakra figyelemmel – megszűnik.
- Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy előnyben részesíti környezeti szempontból előnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat a beszerzéseinél. Előnyben részesíti a környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítókat az eszközbeszerzés során/tanácsadó, oktató szervezeteket a szolgáltatás vásárlás során. Előnyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél.
- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen szerződés egymással mindenben szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből Szállító 1 (egy), Megrendelő 3 (három) eredeti példányt kap.

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Szakmai kérdőívek
3. sz. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszédési megbízásra

.....
Fényvész Ernő
mb. főigazgató
Vasary Kólos Kórház, Esztergom
(Megrendelő)

P.H.

Aláírás dátuma:
2012. május 18. napján

.....
Lőrincz Zoltán
Ügyvezető igazgató
Mediszer Kórháztechnikai és
kereskedelmi Kft
(Szállító)

P.H.

Aláírás dátuma:
2012. május 18. napján

MEDISZER KFT
1037 Budapest, Bécsi út 267.

Ellenjegyző:

.....
Lugosi Krisztina
mb. gazdasági igazgató

FELOLVASÓLAP

A Vaszary Kórház, Esztergom részére SO2 pályázat (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025) keretében műtő és sterilizáló műszerei beszerzése szállítási szerződés keretében

Ajánlattevő neve:	Mediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1037 Budapest, Bécsi út 267.

Ajánlati ár	21.874.826 Forint + 5.906.203 Forint Áfa, azaz bruttó 27.781.029 Forint.
Az orvos-szakmai szempontokon túlmutató feltételeke teljesítése	
<u>Ágytálmosság</u> esetében A rozsdamentes acél vastagsága, min: 1 mm,	Igen, 1 mm
A 3 program együttes minimális vízfelhasználása, Liter, maximum 100 liter	48,6 liter
Minimális energia felhasználás legkisebb értéke, maximum 10 kWh	0,48 kWh
<u>Műszermosó automata</u> esetében Mosókarok maximális száma	3
Fix programok maximális száma	6
Maximális zajszint minimális együttes értéke Mosás és Szárítás, max. 120dB	118 dB
A szivattyú maximális keringetési teljesítménye: Min: 200 l/perc	450 liter/perc
<u>Műtőasztal, elektromos</u> esetében Legalacsonyabb beállítható pozíció, minimum 800 mm	674 mm
Maximális paciens súly, minimum 200 kg	450 kg
Maximális billentési (tilting) szög (minimum 15 fok)	20 fok
Maximális háttámla lebillentési szög, minimum 15 fok	40 fok
A háttámla és a láb rész megcserélhetőségi funkciójának a megléte	Igen, a háttámla és a láb rész megcserélhető
Antidecubitus hatású fekvőpárna megléte	Igen, a fekvőpárna antidecubitus hatású

hp
hp

1

1
5

Kettős irányítás lehetősége - tönkről és távirányítóról egyaránt.	Igen, tönkről és távirányítóról egyaránt irányítható
450mm vagy e feletti motoros hosszirányú eltolás funkció megléte, min 300mm	Igen, a hosszirányú motoros eltolás 460 mm-es
A teljes körű garancia maximális ideje, (min 12 hónap)	24 hónap

Budapest, 2012. április 10.

MEDISZER KFT
1037 Budapest, Bécsi út 267.



Lőrincz Zoltán
ügyvezető

A műszer megnevezése: Ágytálmósó

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Minimumelvárások:

Ágytálak, kacsák, stb. fertőtlenítő mosására alkalmas készülék.

Kérdőív és minimumelvárások

Forgalmazó: HOGE Orvosi Műszer Kft.		Ajánlattevő Paraméterei
Gyártó: Getinge Disinfection AB		
Típus: Getinge FD1800		
Származási ország: Svédország		
	MINIMUMELVÁRÁSOK	
Ágytálmósó- fertőtlenítő berendezés		
Magyar ágytálak és vizeletgyűjtő edények mosására alkalmas legyen	Igen	Igen
Kialakítás		
CrNi acél burkolattal és kamratérrel	Igen	Igen
A rozsdamentes acél vastagsága, kb.: 1 mm	Igen Kérjük megadni a vastagságot	Igen, 1mm
Meleg vizes öblítőrendszerrel	Igen	Igen
Termodezinfekciós és fertőtlenítőszeres fertőtlenítéssel	Igen	Igen
Mikroprocesszoros programvezérléssel, automatikus programlefutással	Igen	Igen
Kijelzővel amelyen követhető a program futása, és ezen jelennek meg a hibaüzenetek is.	Igen	Igen
Érintógombos vezérlés	Kérjük megadni	Higiénikus nyomógombos kijelző
Alacsony zajszintű, adja meg dB-ben	Igen	53 dB
Nagyteljesítményű belső szivattyúrendszerrel, adja meg a teljesítményt liter / percben	Igen	20 liter/perc
Hideg-, melegvíz és lefolyócső csatlakozásokkal és helyszínen szükséges kiegészítőkkel	Igen	Igen
Elektromos csatlakozás a működés és fűtés működtetésre	Igen	Igen
Munkavédelmi előírások maradéktalanul teljesüljenek (pl. üzemben az ajtót ne lehessen kinyitni, motorikusan záródó ajtónál a balesetveszély kiküszöbölése, a megérintható felületek alacsony hőmérsékletűek maradjanak stb.)	Igen	Igen

1
h

91
/

Az ágytálatkat előzetes ürítés nélkül mossa a készülék.	Igen	Igen
Nagy tisztítási és fertőtlenítési hatékonyság.	Igen	Igen
Fertőtlenítő hatású mosószer és termikus hőfertőtlenítést:	Igen.	Igen
Termikus esetén a hőfokot meg kell adni:	Kérjük megadni	93 °C
Termikus esetén saját gőzfejlesztővel rendelkezen	Igen	Igen
A fentiekén kívül alkalmas-e a készülék egyéb kórházi eszközök mosására (pl. vesetál, szívóüveg stb.):	Kérjük megadni	Igen, vesetál, hány/köptál, sürgősségi kéziműszerek
Mosótér:		
A mosótér belső mérete (magasság, szélesség, mélység)	Kérjük megadni	460x440x490 mm
A fix mosófejek, szórófejek, fúvókák száma és elhelyezkedésük leírása :	Kérjük megadni	9 fix mosókar, a kamra tetején, hát-és oldallapján
A mozgó mosófejek, szórófejek, fúvókák száma és elhelyezkedésük leírása :	Kérjük megadni	2 forgó mosókar a kamra tetején és hátulján
Az automatikus biztonsági funkciók ismertetése.	Kérjük megadni	Működés közbeni ajtó reteszelés, gőzfertőtlenítés utáni visszahűtés funkció
A mosókamrában csak lekerekített élek/sarkok lehetnek a könnyű tisztíthatóság miatt	Igen	Igen
Programok:		
A lefuttatható programok száma (minimum 3db), ezek leírása (mire használható, az egyes fázisok időtartama, felhasznált közeg/ ek mennyisége, hőmérséklete) :	Igen. Kérjük megadni.	Igen, gazdaságos, normál, intenzív, a fényképes leírásban részletezettek szerint!
Mosási ciklusok a felhasználási igényeknek megfelelően:		
Enyhén szennyezett edényzet tisztítás / gazdaságos program	Igen	Igen
Közepesen szennyezett edényzet tisztítás / normál program	Igen	Igen
Erősen szennyezett edényzet tisztítás / erőteljes program	Igen	Igen
Felhasználó igényei szerinti programozás lehetséges-e:	Kérjük megadni	Igen, 25 féle tetszőlegesen beállított program
Az egyes mosási ciklusok az alábbi fázisokból épülnek fel:		
hideg vizes mosás	Igen	Igen
melegvizes mosás	Igen	Igen
a mosókamra felfűtése	Igen	Igen
fertőtlenítés legalább 1 percig 85°C-on	Igen	Igen, 93 °C-on
lehűtés	Igen	Igen
A berendezés minden ciklus után saját rendszerét átfertőtleníti	Igen	Igen
Amennyiben 24 órán keresztül nem használják a készüléket, a biztonsági rendszer futtasson le automatikusan egy fertőtlenítő programot	Kérjük megadni	Nincs ilyen program

Beépített gőzgenerátor	Igen	Igen
Gőzgenerátor teljesítménye kW	Kérjük megadni	3,75 kW
Beépített mosó/ fertőtlenítőszer adagoló pumpa	Igen	Igen
Ajtó		
Az ajtó nyitása és csukása kézzel történik	Igen Kérjük megadni	Igen
Az ajtó hermetikusan zár	Igen	Igen
Biztonsági zár: működés közben az ajtó ne legyen kinyitható	Igen	Igen
A mosó- és fertőtlenítő ciklus a kívánt programnak a tasztatúrán történő kiválasztásával legyen indítható.	Igen	Igen
A készülék megérinthető részeinek üzemi-közbeni maximális hőmérséklete, C fok.	Kérjük megadni	40 °C
A hálózati víz / Vízlágyítás.	Kérjük megadni, amennyiben a készülék rendelkezik saját vízlágyítóval	Vízlágyító folyadék a gőzgenerátorban
Beépített vízlágyító rendszer	Kérjük megadni	Vízlágyító folyadék a gőzgenerátorban
Beépített vízlágyítószer adagoló vízkeménységtől függően beállítható adagolási mennyiséggel	Kérjük megadni	Igen
A vízlágyítószer tartályban legyen szintérzékelő	Kérjük megadni	Igen, van
A vízlágyítószer adagolása a kezelő-felületről legyen állítható	Kérjük megadni	Igen, állítható
Milyen mosó és fertőtlenítő szerek szükségesek a működtetéshez:	Kérjük megadni	Csak ph-semleges mosószer szükséges
Milyen mosó és fertőtlenítő szerek valamint segédanyagok szerepelnek a fenti költségben:	Kérjük megadni	1 db 5 literes kizserelésű ph-semleges mosószer, 1 db 5 literes kizserelésű vízlágyítószer
Az egyes ciklusok végén automatikusan távolítsa el a vizet a vízpumpából, a víztartályból és a csövekből, hogy a mikrobiológiai kontaminációt megelőzze	Igen	Igen
Automatikus leállítás vízkimaradás esetén	Igen	Igen
Termikus fertőtlenítés hőfoka külön igény esetén lehessen akár 93°C is	Igen	Igen
Túlfűtés elleni védelem	Igen	Igen
Tartozékok:		
Ágytáartó	Igen	Igen
Vizeletgyűjtő edény (kacsa) tartó	Igen	Igen
Legalább 1db ágytál és egyéb befogadására alkalmas tálca	Igen	Igen
Legalább 3db vizeletgyűjtő edény (kacsa) befogadására alkalmas tálca	Igen	Igen, 3 db vizeletgyűjtő edény (kacsa) befogadására alkalmas tálca
BÍRÁLATI SZEMPONTOK Egységesen S=10		
A rozsdamentes acél vastagsága, min: 1 mm,	Kérjük megadni	Igen, 1 mm

Kiíró csak az 1 mm feletti értékeket bírálja		
A 3 program együttes minimális vízfelhasználása (Gazdaságos, Normál és Erőteljes programok együtt), Liter, maximum 100 liter,	Kérjük megadni	48,6 liter
Minimális energia felhasználása (Gazdaságos, Normál és Erőteljes programok együtt), kWh, maximum 10 kWh	Kérjük megadni	0,48 kWh
BAT technológia		
A fenti második bírálati szempontot kiíró a BAT technológia alá esőnek tekinti, ugyanis a hatékony vízfelhasználás nemcsak az intézmény anyagi érdeke, hanem az egész országnak is. A magas vízmennyiségekkel történő mosás hiábavaló pazarlást jelent. Amennyiben ez megtakarítható, akkor ezzel nagymértékben hozzájárult az Intézmény a fenntartható fejlődéshez.	Tájékoztatás	Víztakarékos és energiatakarékos rendszer
Szerviz		
Üzembe helyezést követő garancia idő	Igen 18 hónap	Igen 24 hónap
Szerviz címe	kérjük megadni	1033. Budapest, Szőlőkert utca 7.
Szerviz rendelkezésre állása	max. 48 óra	Igen, 12 óra
Átalánydíjas szerviz alk. Nélkül	kérjük megadni	Nettó 40.000 Ft/év
Átalánydíjas szerviz alkatrészekkel	kérjük megadni	Nettó 100.000 Ft/év
Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma	kérjük megadni	5
Hány évig garantálják az alkatrészellátást?	kérjük megadni	10 évig
Magyarországi alkatrészbázis nagysága (mFt)	kérjük megadni	20 millió Ft
Alkatrész utánpótlás módja	kérjük megadni	gyorsposta
Magyar nyelvű használati utasítás	Igen	Igen
Komplex, magas színvonalú kiképzési program orvosoknak és szakszemélyzet részére is	Igen	Igen
A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára:	kérjük megadni	Ph-semleges mosószer, vízlágyítószer. A beszerzési árat a piacon fellelhető forgalmazók határozzák meg. A beszerzés módja a kórház privát döntése.
CE engedély száma	kérjük megadni	41314824
Első eladás éve az ajánlott típusból	kérjük megadni	2011
Eladott darabszám, Európában		130
Mo-i referenciahelyek száma, felsorolása külön lapon	kérjük megadni	2 db, mivel a berendezés új típus, a korábbi Getinge 2000 utódja
Továbbfejlesztés története és mikor?	kérjük megadni	A berendezés új típus, a korábbi Getinge 2000 utódja
Európai referenciák száma	kérjük megadni	130

Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.)	kérjük megadni	Kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás
Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen	kérjük megadni	1 db 5 literes kiszerezésű ph- semleges mosószer, 1 db 5 literes kiszerezésű vízlágyítószer Ágytáltartó, vizeletgyűjtő edény tartó, 1 db ágytál és 1 db kacska befogadására alkalmas tálca, 3 db kacska befogadására alkalmas tálca

Magyarországi referenciahelyek:

- Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.
- Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Hódmezővásárhely

A műszer megnevezése:**Műszer-mosogatógép****Igényelt mennyiség:****1 db****A készülékkel szemben támasztott követelmények:****Alapkövetelmények:**

A berendezésnek meg kell felelnie az összes műszer mosási feladatnak mind operációs műszerek, mikrosebészeti eszközök, érzéstelenítő műszerek, légzőkörök cumisüvegek, főzőpoharak mosogatásának, szárításának. Friss víz rendszerű, különféle mosogatási programmal rendelkezzen, desztillált vizes öblítésre és fertőtlenítő hatás biztosítására, lehetőleg kettős pára és gőzkondenzátor egységgel, Automatikus mosószer adagolással és gyors megbízható gazdaságos üzemmel. Saját fűtéssel és szárítással rendelkezzen. Egyajtós berendezést kérünk megajánlani

A helyi víz keménysége 12 NK fok. Ehhez kell igazítani a vízlágyítást.

Kérdőív és minimum elvárások:

		Ajánlattevő Paraméterei
Forgalmazó: HOGE Orvosi Műszer Kft.		
Gyártó: Getinge Disinfection AB		
Típus: Getinge 46-4		
Származási ország: Svédország		
	Minimumfeltételek	
Műszermosógép		
Kialakítás	álló	Álló
Javasolt felhasználási terület	Kérjük megadni	Kórházak, gyógyszeripar
Kamra	Kérjük megadni	Négyszögletes kialakítású, lekerekített sarkokkal
Anyaga	Kérjük megadni	Rozsdamentes acél
szélesség, cm	Kérjük megadni	550
magasság, cm	Kérjük megadni	590
mélység, cm	Kérjük megadni	620
Ürtartalma, L	Kérjük megadni	201 liter
Kosarak szintszáma	Kérjük megadni	4
Standard kosarak mérete (adja meg mely norma szerinti (DIN, stb.))	Kérjük megadni	DIN 1/1 – 485x250x50 mm
Standard betehető műszermosó kosarak száma / ciklus	Kérjük megadni	8 DIN
OP kocsi száma az ajánlatban	1	
Rácspolc a fenti kocsihoz	Kérjük megadni	4 db
Mérete	Kérjük megadni	A kamra mérethez

Kivehető-e	Kérjük megadni	illeszkedő
Polcok / szintek száma	Kérjük megadni	Igen
Egyéb	Kérjük megadni	4 szint
Teljesítmény (standard kosarak száma óránként) OP program szárítással / szárítás nélkül	Kérjük megadni	8 DIN szárítással, 12 DIN szárítás nélkül
Feltöltés, kiemelés (kézi, gépi, egyéb)	Kérjük megadni	Kézi
Mosó típusa, (forgó, jet, spray, direkt fecskendezés, etc.)	Kérjük megadni	Direkt fecskendezés+forgó
Mosó karok száma	Kérjük megadni	3
Mosószer adagolók száma	2	2
Programozhatóság, programok száma		11 programot tud tárolni a gép egyszerre a memóriájában
Fix programok száma	Minimum 3	6
Állítható programok száma	Kérjük megadni	60
1. vagy fő program		
Ciklusok, perc OP program, szárítás nélkül		
Előmosás	Kérjük megadni	1 perc
Mosószeres mosás	Kérjük megadni	5 perc
Első öblítés	Kérjük megadni	1 perc
Második öblítés	Kérjük megadni	1 perc
Harmadik öblítés	Kérjük megadni	1 perc
Végső öblítés	Kérjük megadni	10 perc
2. program		
Ciklusok, perc OP program, szárítás nélkül		
Előmosás	Kérjük megadni	1 perc
Mosószeres mosás	Kérjük megadni	5 perc
Első öblítés	Kérjük megadni	1 perc
Második öblítés	Kérjük megadni	1 perc
Harmadik öblítés	Kérjük megadni	1 perc
Végső öblítés	Kérjük megadni	10 perc
Minden mosás végén kötelező neutralizáló program	Igen	Igen
Szárító	Igen	Igen
Szárítás (pl. meleg levegős, stb.)	Kérjük megadni	Igen, meleg levegős
Szárítás automatikusan indul	Igen	Igen
Vezérlése (mechanikus, elektromos, mikroprocesszoros)	Kérjük megadni	Mikroprocesszoros
Gőzkondenzáló egység van e	Kérjük megadni	Igen
Savas mosás lehetősége	Kérjük megadni	Igen
Lúgos mosás lehetősége	Kérjük megadni	Igen
Neturalizáló mosás lehetősége	Kérjük megadni	Igen
Szivattyú	Kérjük megadni	Igen
Száma és funkciója	Kérjük megadni	1, vízkeringetés
Szivattyú(k) teljesítménye, kW	Kérjük megadni	1,1 kW
Kapacitása L/min	Kérjük megadni	450 liter/perc
Vízfűtés módja (pl. elektromos, stb.)	Kérjük megadni	Elektromos
Maximális víz hőmérséklet (pl. utolsóöblítésnél)	Kérjük megadni	93 °C
Beépített printer, vagy rekordáló egység	Kérjük megadni	Igen

Hálózat igény		400V, 3 fázis, 50Hz
Csatlakoztatási szárítással, kW	Kérjük megadni	10,1 kW
Fázisok száma	Kérjük megadni	3 fázis
Amper igény	Kérjük megadni	10 Amper
Fogyasztások		
Elektromos áram fogyasztás, egy teljes körű mosásnál, kWóra OP program szárítással / szárítás nélkül	Kérjük megadni	0,66 kWh szárítás nélkül 1 kWh szárítással
Vizfogyasztás, egy teljes körű mosásnál, L, OP program (Lásd BAT technológia)	Kérjük megadni	13 liter/mosási fázis, azaz 78 liter/teljes OP program
Működési zajszint, dB	Kérjük megadni	58 dB mosás, 60 dB szárítás
Borítás anyaga	Kérjük megadni	Rozsdamentes acél
Fizikai méretek		
szélesség, cm	Kérjük megadni	65 cm
magasság, cm	Kérjük megadni	186 cm
mélység, cm	Kérjük megadni	69 cm
Működési zajszint, dB	Kérjük megadni	58 dB mosás, 60 dB szárítás
súly, kg	Kérjük megadni	180 kg
Alaptartozékok:		
Teljes bekötési készlet	Igen	Igen
Műteti szettek kocsija/kosara	Igen	Igen
Aneszt szettek kocsija/kosara	Igen	Igen
Műteti extra kosarak (dróthálós, két oldalt fogantyús, robosztus kivitel), minimum 4 szett	Igen, adja meg a méretüket	Igen, 8 DIN1/1-es tálcá – 485x254x50mm
OP kocsi	Igen Kérjük megadni mit tartalmaz	4-szintes OP-kocsi, 8 DIN1/1-es tálcával
Mosó és fertőtlenítő folyadék kb. 5000 ciklusra. Adja meg az árat.	Kérjük megadni	Nettó: 365.000 Ft ajánlati árban foglal
Egyéb javasolt fogyóanyagok	Kérjük megadni	mosószer semlegesítő
Személyi számítógépes kapcsolat	Igen	igen
BIRALATI SZEMPONTOK		
Egységesen S=10		
Mosókarok maximális száma	Kérjük megadni	3
Fix programok maximális száma	Kérjük megadni	6
Maximális zajszint minimális együttes értéke Mosás és Szárítás, dB, maximum 120dB	Kérjük megadni Külön külön a mosás és a szárítás zajszintjeit pult alá telepített modellre	118 dB
A szivattyú maximális keringetési teljesítménye: Min: 200 l/perc	Kérjük megadni	450 liter/perc
OPCIÓ		
Anesztézia kocsi	1	
Mérete	Kérjük megadni	A kamra mérethez

lf
lf

Kivehető-e	Kérjük megadni	illeszkedő Igen
Egyszerre betehető komplett légző-körök száma	Kérjük megadni	4-6 komplett anesztéziás szett
Egyéb	Kérjük megadni	12 anesztéziológiai cső mosására alkalmas
BAT technológia		
Kiíró a vízfelhasználás gazdaságosságát a BAT technológia alá esőnek tekinti, ugyanis a hatékony vízfelhasználás nemcsak az intézmény anyagi érdeke, hanem az egész országnak is. A magas vízmennyiségekkel történő mosás hiábavaló pazarlást jelent. Amennyiben ez megtakarítható, akkor ezzel nagymértékben hozzájárult az Intézmény a fenntartható fejlődéshez.	Tájékoztató	Igen, víztakarékos és energiatakarékos rendszer
Szerviz		
Üzembe helyezést követő garancia idő	Igen 18 hónap	24 hónap
Szerviz címe	kérjük megadni	1033 Budapest, Szőlőkert utca 7.
Szerviz rendelkezésre állása	max. 48 óra	12 óra
Átalánydíjas szerviz alk. Nélkül	kérjük megadni	Nettó 40.000 Ft/év
Átalánydíjas szerviz alkatrészekkel	kérjük megadni	Nettó 100.000 Ft/év
Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma	kérjük megadni	5
Hány évig garantálják az alkatrészellátást?	kérjük megadni	10
Magyarországi alkatrész bázis nagysága (mFt)	kérjük megadni	20 millió Ft
Alkatrész utánpótlás módja	kérjük megadni	Gyorsposta
Magyar nyelvű használati utasítás	Igen	Igen
Komplex, magas színvonalú kiképzési program orvosoknak és szak személyzet részére is	Igen	Igen
A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára:	kérjük megadni	Az alaptartozékoknál megadottakon kívül nincs speciális fogyóanyag
CE engedély száma	kérjük megadni	41314824
Első eladás éve az ajánlott típusból	kérjük megadni	2005
Eladott darabszám, Európában		Több ezer
Mo-i referenciahelyek száma, felsorolása külön lapon	kérjük megadni	15
Továbbfejlesztés története és mikor?	kérjük megadni	Igen, 2011-ben
Európai referenciák száma	kérjük megadni	Több ezer
Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.)	kérjük megadni	Kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás
Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen	kérjük megadni	1 db OP-kocsi, 1 db AN-feltét, mosószer 5000 ciklusra, beépített printer, 8 db DIN 1/1-es műszertálca

A műszer megnevezése:**Mobil fixlapos műtőasztal****Igényelt mennyiség:****1 db****A készülékkel szemben támasztott követelmények:****Minimumelvárások:**

A mellékelt specifikációban meghatározott minimumfeltételeket kielégítő a SBO Műtőbe kerülő műtőasztal a meghatározott fontos felszerelésekkel, eszközökkel és tartozékokkal kiegészítve.

Mobil műtőasztal, elektromechanikus működtetéssel, távirányítóval működtethető (állítható funkciók: magasság, oldaldöntés, trendelenburg/antitrendelenburg döntés, automatikus 0-pont) ergonómikus kialakítású (a hozzáülő operatort nem zavaró).

Gépi mosást (nagynyomású mosó) bíró rozsdamentes kivitelű keretszerkezettel, ötrészes, gépi mosást (nagynyomású mosó) bíró speciális, antisztatikus, integrált habszivacs párnázattal, a párnázat alatt rtg. kazetta tartó sínnel. Háttámla és lábtartó legalább manuálisan állítható. Két ponton csukló, könnyen levehető fejtartóval, kétrészes egy mozdulattal levehető gyorscsatlakozós szétnyitható lábtartóval.

Kérdőív és Minimum elvárások:**Értelmezés:**

A „rész” szó jelentése a műtőasztalnál, hogy hány részből áll (pl.: fej-, hát, lábrész).

A „tartó” szó jelentése, hogy egy adott testrészt külön lehessen tartani, pl.: fejtartó, lábtartó, csészés combtartó, stb. Ezek a „részeken” felül megajánlandó elemek!

		Ajánlattevő paraméterei
Forgalmazó		Mediszer Kft
Gyártó		MAQUET GmbH & Co KG
Típus		1133.22B4
Származási ország		Német
	Minimumfeltételek	
Funkciók / kialakítás		
Mobil (gördíthető állványon álló tönk)	Igen	Igen, mobil
Elektrohidraulikus működtetéssel	Igen	Igen, elektrohidraulikus működés
Kábel-független távirányító, mobil töltővel.	Igen	Igen, 1133.91R0 infra kézi vezérlő, 1130.26E9 mobil töltővel
Rozsdamentes kivitelű	Igen	Igen, rozsdamentes burkolat és keret szerkezet
Tönkben 24 V-os feszültséggel működtethetők a funkciók	Igen	Igen, 24 V-tal működtethető funkciók
Akkumulátoros működtetés	Igen	Igen, akkumulátoros működés
Az akkumulátor üzemelési időtartama	Igen, kérjük megadni	Kb. 1 hét

Töltés, túlmelegedés elleni védelem	Igen, kérjük megadni	Igen, túltöltés, túlmelegedés elleni védelem
Elektronikus vezérlőszervek a tönkbe integráltak	Igen	Igen, töltő és vezérlő áramkörök a talpba integráltak
Kerekek mérete, cm	Kérjük megadni	100 mm-es kerekek
Központi fékezhetőség hány oldalról	Igen, Kérjük megadni	A fékezhetőség a kerekek hidraulikus állításával az infra távirányítóról állítható 4 oldalról.
A kerekek nyomot nem hagynak	Igen	Igen
Távirányítóval vezérelhető / működtethető funkciók	Az alábbiak	
Asztal rögzítés	Igen	Igen
Fel, le mozgatás	Igen	Igen
Asztal gördítés megakadályozása / feloldása (kerekek fékezése elektromosan)	Kérjük megadni	Igen
További távirányítóval működtethető funkciók	Amennyiben van Kérjük megadni	Trendelenburg/antitrendelenburg döntés, oldaldöntés, magasságállítás, alsó háttámla emelés/süllyesztés, ún. „beach-chair”/derékkiemelés pozíció, lábtartó állítás fel/le és külön-külön is, automata 0-pont helyzet
Asztalmozgások		
Trendelenburg (szög),	Min. 25°	Igen, 30°
Antitrendelenburg (szög),	Min. 25°	Igen, 30°
Oldaldöntés jobb és bal (szög)	Min. 15-15°	Igen, 20°
"Nullpont" funkció	Igen	Igen
Hosszirányú eltolás legalább 300 mm	Igen Kérjük megadni	Igen, 460 mm-es motoros, hosszirányú eltolás
Minimum 4 részre törhető (fejrészszel és lábérsszel együtt) (Értelmezés: 5 tag törhető 4 részen, osztott lábtartó plusz egy törésnek számít)	Kérjük megadni a tagok/részek számát és felsorolni	Igen, 5 részre osztott és 6 tag törhető (fejtartó, felső háttámla, alsó háttámla, ülőrész és osztott lábtartó)
Fejrész állíthatósága	Kérjük megadni, szögeket is	Igen, +45°, -45°
Alsó háttámla (Vesekiemelő)	Kérjük megadni, szögeket is	Igen, +80°, -40°
Felső háttámla	Kérjük megadni, szögeket is	Igen, +90°, -45°
Felső és alsó háttámla motorosan állítható	Kérjük megadni	Igen, motorosan állítható
Osztott lábtartó	Igen	Igen, +80°, -90°
Motorosan állítható osztott lábtartó	Kérjük megadni	Igen
Az osztott lábtartók külön-külön állítása motoros meghajtással	Igen / Nem	Igen
Egyéb rész	Kérjük megadni, szögeket is	-
Magasság állítás minimális tartománya (mm) (beleértve a párnázat vastagságát is)	Legalább. 800mm és 900 mm között	674 mm

Telep töltöttség kijelző	Igen	Igen
Engedélyezett beteg tömeg:	Min. 200 kg	450 kg
Párnázat típusa, vastagsága és kezelhetősége	Igen, kérjük megadni	Igen, 80 mm vastag, átröntgenezhető és fertőtleníthető
Párnázat gépi mosást bíró	Igen, kérjük megadni	Igen
Mechanikusan mozgatott részek	Kérjük megadni, felsorolni	Igen, felső háttámla és fejtartó
Szélesség (mm), min 500 oldalsínek nélkül	Igen Kérjük megadni	Igen, 580 mm
Hosszúság (mm),	Kérjük megadni	2195 mm
Talp méretek / funkciók		
Talp hosszúsága és szélessége	Kérjük megadni	1166x530 mm a legszélesebb részeken
Talp kerekeinek a mérete	Kérjük megadni	100 mm
Talp kerekei fordulnak-e minden irányba	Kérjük megadni	Igen műtési helyen
Talp alsó éle és a padló közötti távolság (sebész klumpa befér-e?)	Kérjük megadni	55 mm, azokon a helyeken, ahova a személyzet beáll
Működtetése a hosszú élettartamú, tölthető beépített akkumulátorokkal történik, a töltő áramkör a tönkbe legyen beépítve, így hálózatról is használható.	Kérjük megadni	Igen, akkumulátoros működtetés, a töltő áramkör a tönkbe integrált.
Az elektronikus és hidraulikus vezérlőszervek a tönkbe integráltak.	Kérjük megadni	Igen, elektronikus és hidraulikus vezérlő szervek a tönkbe integráltak
Alaptartozékok	KÉRJÜK A NETTÓ HUF ÁRAKAT IS MEGADNI	Lásd részletes ajánlatot!
Kötelező asztal kiegészítők / tartozékok	Kérjük adják meg a cikk számokat is és rövid leírást	
A feklapokhoz fejrész (a feklapra visszahajtható)	1 db	1130.53B0 két ponton csukló fejtartó, a feklapra visszahajtható
Kartartó (2 db kézrögzítővel)	1 db	1001.44D0 kartartó, 400 mm-es lappal, állítható, dönthető, 2 db kézrögzítővel
Líra (sín rögzítővel és hosszabbítóval)	1 db	1001.57A0 altató líra magasságban állítható, dönthető, forgatható a 1002.59A0 hosszabbítóval a műtőasztalon túl nyúlik az oldalsínre a 1003.23C0 radiálszorítóval rögzíthető
Fej feletti kartartó	1 db Kérjük megadni	1001.4600 fejfeletti kartartó, a 1002.57A0 lírára szerelhető
Csuklóbilincs	4 db	1002.24C0csuklóörögzőtő a rögzítő levehető és mosható

3

hp
hp

105

!

Infúziós állvány, magasságban állítható, dönthető, 4 db horoggal, rm, oldalkartartóra is felszerelhető	1 db	1009.01C0 rm infúziós állvány, 800-1500 mm között magasságban állítható, 4 db horoggal, oldalkartartóra is felszerelhető
Csészés combtartó, pár, rögzítővel	1pár, Kérjük megadni	1001.65A0 csészés lábtartó, a csészés párnázatos tartó billenthető, 1003.23C0 radiálszorítóval rögzíthető az oldalsínre
Láb lekötő heveder (osztott lábtartóhoz rögzítő), pár	2 db	1001.4700 láblekötő heveder pár
Válltámasz	1db Kérjük megadni	1002.09C0 válltámasz, oldalsínre szerelhető, állítható, párnázattal
Oldaltámasz, állítható, rögzítővel	1 db	1002.19C0 univerzális oldaltámasz, magasságban és oldalirányban állítható 1002.11A0 oldaltámasz lap, 170x120 mm méretű, forgatható
Ülőrész hosszabbító	1db Kérjük megadni	1131.55B0 ülőrész hosszabbító, a lábtartó helyére szerelhető, a lábtartót hozzá lehet rögzíteni, illetve alá az 1003.45D0 összefolyót lehet illeszteni
TUR-szett	1 db	1003.45D0 TUR összefolyó, szűrővel
Mobil keret a TUR-szethez, rm. vödörrel és összefolyóval	1 db	1003.46A0 kocsi rm 15 l-es vödörrel, műanyag lefolyó csővel
A feklapokhoz két részre osztott lábtartók Előny a gyorscsatlakozós levétel	Igen Kérjük megadni 1 db	Igen, 1118.50B0 kétrészes osztott lábtartó, gyorscsatlakozós levétel
OPCIÓ		
1. Tartozéktartó állvány vagy kocsi kosárral (seb.tart., extenziós feltét, stb. tartozékokhoz)		
Gördíthető rozsdamentes tartó szerkezet egy darab rozsdamentes kosárral, mely legyen alkalmas műtőasztal tartozékok tárolására. Legyen lehetőség fertőtlenített állapotú tartozékok (pl. kartartók, lábtartók, fejpárnák, oldaltámaszok, stb.) a tartó szerkezetre szerelt sínen és/vagy a tartóra szerelhető kosárban való tárolására.	Igen	1419.01HC extenziós todat, a MAQUET 1133 műtőasztalokhoz csatlakoztatható, rozsdamentes tároló és átadó-átvevő kocsiival, kosárral a tartozékok tárolására
4 db, (min. 2 db fékezhető) min. 75 mm, önbeálló, nyomot nem hagyó, mosható-fertőtleníthető, antisztatikus	kérjük megadni	4 db 75 mm-es önbeálló, nyomot nem hagyó kerékkel, fertőtleníthető, melyből 2 fékezhető
2. Extenziós feltét		
Az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:	Igen	

2db extenziós húzószár – rövid.	Igen kérjük megadni	Igen, 3112.2283 rövid extenziós húzatószár, alaptartozék
2db extenziós húzószár – hosszú.	Igen kérjük megadni	Igen, 3112.2293 Hosszú extenziós húzatószár, alaptartozék
1db gát-támasz	Igen kérjük megadni	Igen, alaptartozék 3112.3134 gáttámasz a beteg húzatáshoz
huzató szerkezet a fentiekhez, vagy hosszabbítók,	Igen kérjük megadni	1003.3700 orsós működtetésű huzató szerkezet, az extenziós toldathoz használható
2db Kitámasztó láb az extenziós feltételhez, szorítók, stb.	Igen kérjük megadni	Igen, az extenziós toldat alaptartozéka, 1002.18A0 kitámasztó láb, 2 db 1003.23C0 radiálszorítóval
Láb befogó szerkezet.	Igen kérjük megadni	Igen, 1001.97A0 láblap az extenziós felsőrészhez, szélessége állítható, rögzítő szíjakkal, pár
Egyéb:	Kérjük megadni	Igen, 1003.49B0 talp támasz a lábbefogóhoz
3. Karműtő tartó asztal		
(2 db kézrögzítővel)	Igen 1 db	1001.63A0 karműtőasztal, dönthető és magasságban állítható, oldalsínre rögzíthető 1003.23C0 radiálszorítóval, 2 db kézrögzítővel
BÍRÁLATI SZEMPONTOK		
Egységesen S=10		
Legalacsonyabb beállítható pozíció, minimum 800cm, cm	Kérjük megadni	674 mm
Maximális paciens súly, minimum 200 kg (Kiíró csak a 200kg feletti súlyokat bírálja)	Kérjük megadni	450 kg
Maximális billentési (tilting) szög (minimum 15 fok) Kiíró csak a 15 fok feletti értékeket bírálja.	Kérjük megadni	20°
Maximális háttámla lebillentési szög, minimum 15 fok	Kérjük megadni	40°
A háttámla és a lábész megcserélhetőségi funkciójának a megléte (fordított pozícióhoz)	Igen / Nem	Igen
Antidekubitusz hatású fekvőpárna megléte (Legalább 8cm vastag, memória effektussal, igazolt hatással, stb.)	Igen / Nem	Igen, 80 mm vastag 2 rétegű, memória effektussal antidekubitus hatású
Kettős irányítás lehetősége - tönkről és távírányítóról egyaránt.	Igen / Nem	Igen, 1133.91R0 infra kézi vezérlővel és a tönkőn lévő tartalék működtetőről
450mm vagy e feletti motoros hosszirányú eltolás funkció megléte, mm	Igen / Nem	460 mm-es hosszirányú motoros eltolás

Szervíz	igen	
Üzembe helyezést követő garancia idő	12 hónap	24 hónap
Szervíz címe	kérjük megadni	Mediszer Kft 1037 Bp Bécsi út 267.
Szervíz rendelkezésre állása	max. 48 óra	48 óra
Átalánydíjas szervíz alk. Nélkül	kérjük megadni	100.000 HUF + áfa/év
Átalánydíjas szervíz alkatrészekkel	kérjük megadni	200.000 HUF + áfa/év
Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma	kérjük megadni	1
Hány évig garantálják az alkatrészellátást?	kérjük megadni	12 évig
Magyarországi alkatrészbázis nagysága (mFt)	kérjük megadni	2 millió HUF
Alkatrész utánpótlás módja	kérjük megadni	Gyorspostával
Magyar nyelvű használati utasítás	igen	Igen
Komplex, magas színvonalú kiképzési program orvosoknak és szak személyzet részére is	igen	Igen
A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára:	kérjük megadni	-
CE engedély száma	kérjük megadni	CE113322DE01.doc
Első eladás éve az ajánlott típusból	kérjük megadni	2000
Eladott darabszám, Európában		~ 1800 db
Mo-i referenciahelyek száma, felsorolása külön lapon	kérjük megadni	7 db
Továbbfejlesztés története és mikor?	kérjük megadni	2005 és 2007
Európai referenciák száma	kérjük megadni	Több száz
Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.)	kérjük megadni	Magyar nyelvű használati utasítás + oktatás és bemutatás
Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen	kérjük megadni	-

Magyarországi referenciahelyek:

- Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
- DEOEC, Debrecen
- Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest
- Karolina Kórház, Mosonmagyaróvár
- Károlyi Sándor Kórház
- Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa